


Wirbelstromprüfgerät Olympus Nortec 600

Dipl.-Ing. Hermann Placke, h.placke@hs-osnabrueck.de, Tel.:0541-969-2144

Technische Daten

- Wirbelstromgerät entspricht EN-15548
- Einsatz von Rotierscannern
- Frequenzen von 10 Hz bis 12 MHz
- Anzeige von bis zu zwei Messwerten
- Automatischer Sondenabgleich



Olympus Nortec 600

Einsatzgebiete

Einsatz in der zerstörungsfreien Prüfung zur Detektion von Oberflächenrissen, zum Vermessen von Schichtdicken und zur Materialseparierung. Über eine vorhandene Sonde lassen sich zusätzlich elektrische Leitwerte messen.